

Znak: GOZ.271.1.2018

**SPECYFIKACJA**  
**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**NA**

**„Zakup i dostawa nowego aparatu USG”**

Przetarg nieograniczony  
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od  
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r.  
(tj; Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

**Raków, 12.03.2018**

.....

miejsowość, data

Opracował:

dr. Jacek Nadgrotkiewicz

/imię i nazwisko/

**Kierownik GOZ w Rakowie**  
**dr n. med. Andrzej Gruszka**

.....

Zatwierdzam

Zamawiający:

**Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie**  
**ul. Klasztorna 16,**  
**26-035 Raków,**  
**woj. świętokrzyskie**  
**tel. 41/35-35-009**  
**fax. 41/35-35-009**  
**e-mail: zozrakow@wp.pl**  
**NIP 657-21-89-674**  
**REGON 291020586**

**Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tj; Dz. U. z2017r. poz. 1579 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest wg. procedury obowiązującej dla postępowań na dostawy, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w § 1 ust. 1 a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie kwot wartości zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 2479) tj. o wartości poniżej 221.000 Euro.

**1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest:  
**„Zakup i dostawa nowego aparatu USG”**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w **Załączniku nr 2** do SIWZ (parametry techniczno-użytkowe). Przez realizację strony rozumieją dostawę, wyładunek przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w uzgodnionym terminie, instalację oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji.

Zamawiający wymaga aby:

- Przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy - rok produkcji **2018**, niepowystawowy, nieregenerowany, kompletny, oznakowany, posiadał niezbędne certyfikaty, instrukcje obsługi i eksploatacji, gwarancje, dokumentację w języku polskim.
- Uruchomienie sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu obsługującego nastąpi w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rakowie przy ul. Klasztornej 16.
- Producent musi posiadać na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Wykonawca udzieli **min. 36 miesięcznej gwarancji** licząc od daty dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.
- Wykonawca zapewni w okresie gwarancji minimum **3 bezpłatne** przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w tym **1 bezpłatny** przegląd przed upływem terminu gwarancji (w ostatnim miesiącu gwarancji). W okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje bezpłatny dojazd serwisanta do siedziby Zamawiającego. Wykonywane przeglądy będą realizowane w ramach ceny sprzedaży przez autoryzowany serwis.

- Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - maksimum 3 /trzy/ naprawy tego samego podzespołu (za wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).
- Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” - maksimum **48 godzin** w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od zgłoszenia awarii telefonicznie lub faksem lub e-mail.
- Czas naprawy - maksimum **5 dni** roboczych od podjęcia naprawy. W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach nie niższych niż zakupiony przez Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. **36 miesięcznej** gwarancji na nowo zainstalowane części lub części zainstalowane w ostatnim roku gwarancji.
- Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego, chyba że rodzaj uszkodzenia wymaga naprawy w serwisie Wykonawcy.
- Przewóz aparatu w okresie gwarancji do miejsca naprawy i z powrotem do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zrealizuje na swój koszt i ryzyko.
- Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych dotyczących przedmiotu zamówienia przez okres **10 lat**.

#### **Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):**

33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

## **II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Dostawa, montaż i przeszkolenie personelu obsługującego w terminie max. **28 dni** od daty zawarcia umowy.

## **III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA**

### **1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

- a) nie podlegają wykluczeniu,
- b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

### **2. Warunki udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.

### **3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.**

- 3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 3.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 3.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

#### **4. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę:**

4.1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

#### **IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ( Na wezwanie Zamawiającego)**

I. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi **Załącznik nr 5** do SIWZ.

#### **V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (ti. do daty składania ofert):**

1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE i zgodnie z wymaganiami Ustawy dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 211) Certyfikaty CE. W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga w/w dokumentu, należy załączyć stosowne oświadczenie.

2. Katalogi, foldery, ulotki, materiały źródłowe producenta (w języku polskim) oferowanego asortymentu, dokumenty zgodne z opisem producenta, opisy oferowanego asortymentu uwzględniające wymagane parametry techniczno-użytkowe.

#### **VI. POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY PRZETARGOWEJ (ti. do daty składania ofert):**

1. Oferta przetargowa - **Załącznik nr 1** do SIWZ
2. Parametry techniczno-użytkowe - **Załącznik nr 2** do SIWZ
3. Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania - **Załącznik nr 3** do SIWZ.
4. Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z postępowania - **Załącznik nr 4** do SIWZ.
5. Ewentualne pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

## **VII. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY**

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
3. **Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.**
4. Na podstawie art. 26 ust. 6. Ustawy Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
6. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu i składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w SIWZ rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
9. W przypadku, o którym mowa w pkt 6 SIWZ Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
10. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale.
11. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

17. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

18. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

19. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IV pkt 1.1 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,

o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokument, o którym mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

20. Zamawiający:

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia nie gorszy niż ten określony w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników. Brak: wskazania proponowanych odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty - art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, oferty takie nie będą brane pod uwagę.

21. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych.

**22. Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.**

## **VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW W TRAKCIE POSTĘPOWANIA**

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem **faksu nr 41/35-35-009 lub e-mail: [zozrakow@wp.pl](mailto:zozrakow@wp.pl) a następnie pisemnie**. Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem faksu lub e-mail z zastrzeżeniem pkt. 2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma, (czego potwierdzeniem będzie np. raport transmisji danych).

## **IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI**

**Pracownikiem uprawnionym do udzielenia informacji Wykonawcom jest:**

- dr. Jacek Nadgrotkiewicz - lekarz

## **X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Treść pytań należy kierować **na numer faksu: 41/35-35-009 lub e-mail: [zozrakow@wp.pl](mailto:zozrakow@wp.pl)**
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przetargowym i umieści je na swojej stronie internetowej, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Treść udzielonych odpowiedzi zostanie zamieszczona na stronie internetowej; [bip.rakow.pl](http://bip.rakow.pl) bez wskazania źródła zapytania.
5. Po upływie tego terminu Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
7. Zamawiający nie udziela, żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień, informacji, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.
8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
9. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania odpowiedzi i wyjaśnień.

## **XI. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTE**

jeżeli:

- jest, niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
- Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużeniu terminu związania ofertą,
- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

## **XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ofertę przetargową należy sporządzić w formie określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast ofertę asortymentową zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.
4. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od Wykonawcy.
5. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.
6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawców, lub z ustawy.
7. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić Wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „dokumenty zastrzeżone”.
8. Ofertę Wykonawca winien złożyć w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na adres Zamawiającego należy oznaczyć napisem:

**OFERTA PRZETARGOWA**  
**„Zakup i dostawa nowego aparatu USG**

**Nie otwierać przed dniem 20.03. 2018 godz. 10.<sup>00</sup>**

## **XIII. WARUNKI ZABEZPIECZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**Termin składania ofert upływa w dniu 20.03. 2018 o godz. 9<sup>30</sup>.**

Ofertę należy złożyć w: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie ul. Klasztorna 16, 26-035 Raków pokój nr 15 lub przesłać pocztą na adres jak wyżej - liczy się data dostarczenia oferty do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie, a nie data stempla pocztowego nadania na poczcie.

Ofertę Wykonawca winien złożyć w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresować na adres Zamawiającego należy oznaczyć napisem:

**OFERTA PRZETARGOWA**  
**„Zakup i dostawa nowego aparatu USG”**

**Nie otwierać przed dniem 20.03. 2018 do godz. 10<sup>00</sup> .**

- Wykonawca na kopercie winien zamieścić swój adres korespondencyjny.
- Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.
- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

**XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

**Oferty zostaną otwarte w obecności członków komisji przetargowej dnia 20.03. 2018 o godz. 10<sup>00</sup>**

**w siedzibie Zamawiającego, tj; Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie ul. Klasztorna 16, 26-035 Raków pokój nr 15.**

**Otwarcie ofert jest jawne.**

Zamawiający po otwarciu ofert w obecności Wykonawców przekaze uczestnikom postępowania przetargowego informacje, określone w art. 86 ust. 4 ustawy dotyczące:

- nazwy Wykonawcy, adres,
- ceny oferty,
- terminu realizacji zamówienia,
- warunków płatności.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający w dniu otwarcia ofert, po ich otwarciu zamieści na udostępnionej stronie internetowej **Urzędu Gminy Raków** pod adresem: [bip.rakow.pl](http://bip.rakow.pl) informacje, określone w art. 86 ust. 5 ustawy dotyczące:

1. Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2. Nazwy i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3. Ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Protokół, wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Po stronie Wykonawcy istnieje konieczność wykazania prawidłowości zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia będzie powodował automatyczną jawność zastrzeżonej informacji.

## **XVI. KRYTERIA OCENY OFERT**

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

<b>Lp.</b>	<b>KRYTERIUM</b>	<b>WAGA</b>
1.	Cena	60%
2.	Termin dostawy	20%
3.	Okres gwarancji	20%

Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad:

a) **Kryterium cena** zostanie obliczona wg. formuły:

najniższa cena

Liczba punktów = ----- x waga 60%  
cena badanej oferty

b) **Kryterium termin dostawy**

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Czas dostawy do siedziby Zamawiającego, zamontowanie, przeszkolenie personelu obsługującego nie może być dłuższy niż 4 tygodnie. Sposób oceny kryterium termin dostawy:

- do 4 tygodni - 0 punktów
- do 3 tygodni - 10 punktów
- do 2 tygodni - 15 punktów
- do 1 tygodnia - 20 punktów

**Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium termin dostawy - 20 punktów** Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy Zamawiającego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

c) **Kryterium okres gwarancji**

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Termin gwarancji nie może być krótszy **niż 36 miesięcy**.

Sposób oceny kryterium - okres gwarancji:

- poniżej 36 miesięcy – oferta zostaje odrzucona
- minimum 36 miesięcy – 0 punktów
- powyżej 36 miesięcy, ale mniej niż 48 miesięcy - 10 punktów
- 48 miesięcy i powyżej, ale mniej niż 60 miesięcy- 15 punktów
- 60 miesięcy i powyżej - 20 punktów

**Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium okres gwarancji - 20 punktów**

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest

poniżej 5, to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę.

Zamawiający poprawi w tekście oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się do udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

- 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
  - 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
  - 3) wynikających z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienia;
  - 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
  - 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy;
- la) W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od:
- 1) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
  - 2) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## **XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Określa projekt umowy, będący integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie**

1. Zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT,
2. Wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość robót objętych niniejszą Umową,
3. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,
4. Zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
5. Wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
6. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.

### **XVIII. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - d) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - e) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta i zamieści informacje zawarte w pkt. 2a na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty **faxem lub e-mail**.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 - dniowego terminu, jeżeli:
  - w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę,
  - upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy PZP lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. ustawy Pzp.

6. W przypadku przedłużenia się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

### **XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### **XX. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zastrzeżeniem że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,
4. Postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
  - ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
  - złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

### **XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **Odwołanie**

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  - b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
  - c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - d) odrzucenia oferty odwołującego;
  - e) opisu przedmiotu zamówienia;

- f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
  4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
  5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on obowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na te czynności nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
  8. **Odwołanie wnosi się:**
    - a) W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
    - b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub SIWZ na stronie internetowej jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
    - c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt a i b wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
  9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
  10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
  11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”

12. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, jeżeli wadium jest wymagane. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze najkorzystniejszej oferty, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
16. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
17. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
  - a) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
  - b) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;
  - c) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;
  - d) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;
  - e) odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;
  - f) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - g) odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.**

## **XXII. INFORMACJE DODATKOWE**

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych Wykonawcom jako Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ Zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy Wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. Oferta cenowa winna być sporządzona na lub w oparciu o załączone formularze. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty, jeżeli występują. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłyby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferowana cena - to cena brutto oferty, będzie traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje rozbieżność pomiędzy zaoferowaną ceną wyrażoną pisemnie, a ceną wyrażoną cyframi, Zamawiający uzna za prawidłową cenę, wynikającą z działań matematycznych zapisanych cyfrowo.

### **Warunki płatności:**

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po protokolarnym odbiorze prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

## **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ**

1. Oferta przetargowa - **Załącznik nr 1** do SIWZ
2. Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych - **Załącznik nr 2** do SIWZ
3. Wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - **Załącznik nr 3** do SIWZ
4. Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - **Załącznik nr 4** do SIWZ
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - **Załącznik 5** do SIWZ
6. Projekt umowy - **Załącznik nr 6** do SIWZ

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

	Parametr	Wymagania TAK/NIE	Parametr oferowany; opis potwierdzenie spełnienia warunków, nr stron katalogowych, nr katalogowy (wypełnia Wykonawca-Oferent)
<b>Nazwa urządzenia:</b>			
<b>Oferowany model:</b>			
<b>Producent:</b>			
<b>Rok produkcji:</b>			
<b>Kraj pochodzenia:</b>			
<b>KONSTRUKCJA</b>			
1	Stacjonarny aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem do oceny: narządów jamy brzusznej, naczyń, płytko położonych narządów, położnictwa, ginekologii, urologii i pediatrii.	TAK	
2	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieregenerowane, nierekondycjonowane, nie powystawowe, urządzenie oznakowane z certyfikatami; rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018.	TAK	
3	Aparat w najnowszej wersji oprogramowania i platformy sprzętowej wprowadzonej nie wcześniej niż w 2016 r.	TAK	
4	Aparat stacjonarny z 3 równorzędnymi aktywnymi, gniazdami do głowic	TAK	
5	Aparat z podstawą na 4 kołach skrętnych, z możliwością jazdy na wprost, z minimum 2 kołami z hamulcami oraz z możliwością blokowania ich na stałe. Waga całkowita aparatu maksimum 70 kg	TAK	
6	Zasilanie sieciowe 220-230V.	TAK	
<b>PANEL STERUJĄCY</b>			
7	Dedykowane klawisze funkcyjne	TAK	
8	Klawisze skrótowe, bezpośrednie do włączania danych funkcji	TAK	
9	Monitor kolorowy LCD lub LED, przekątna monitora minimum 18"/+/-1"	TAK	

10	Monitor kolorowy LCD lub LED z możliwością obrotu prawo-lewo	TAK	
11	Monitor kolorowy LCD lub LED pracujący w rozdzielczości minimum 1280 x1024	TAK	
12	Głośniki wbudowane w aparat	TAK	
<b>OBRAZOWANIE</b>			
13	Alfanumeryczna klawiatura, sterownik typu „Trackball”	TAK	
14	Przetwarzanie obrazu minimum 8 bitów, obraz o minimum 256 stopniach szarości	TAK	
15	Ilość niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych powyżej 160000	TAK	
16	Dynamika systemu powyżej 250 dB	TAK	
17	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej	TAK	
18	Częstotliwość wyświetlania klatek (Frame rate) - minimum 600 Hz	TAK	
19	Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach min. 7 kątów, tzw. krzyżowe dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracujących na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych - wygładzania obrazów.	TAK podać	
20	Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, w obrazowaniu trapezowym. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych, pętlach obrazowych i obrazów z archiwum.	TAK	
21	Pamięć filmowa CINE minimum 4000 klatek	TAK	

22	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza. Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali).	TAK	
23	Minimum 8 strefowa dynamiczna regulacja wzmocnienia TGC	TAK	
24	Maksymalna liczba ognisk minimum 4	TAK	
25	Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego minimum x 8. Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości x 20	TAK	
26	Głębokość obrazowania zakresie minimum 1-36 cm	TAK	
27	System zarządzania obrazami	TAK	
28	Zakres stosowanych częstotliwości pracy (określony częstotliwościami pracy głowic w aparacie) minimum 2-12 MHz	TAK	
<b>TRYB OBRAZOWANIA</b>			
29	B-Mode	TAK	
30	M-Mode	TAK	
31	Doppler PW	TAK	
32	Kolor Doppler- CFM (Color Flow Doppler Mode)	TAK	
33	Power Doppler (PDI)	TAK	
34	Automatic Tissue Optimization	TAK	
35	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach	TAK	
36	Obrazowane trapezowe	TAK	

37	Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD	TAK	
38	Możliwość trybów pracy: B+B; B/CFM+B/CFM; B/PD+B/PD; B+B/CFM; B+B/PD; B+PW lub M; B+CFM; B/CFM/PW; B/PD/PW; B/CFM+PW; B+PD; B/PD+PW;	TAK	
39	Możliwość automatycznej optymalizacji obrazu B i PW za pośrednictwem jednego klawisza	TAK	
<b>Doppler pulsacyjny</b>			
40	Wielkość bramki minimum 1-15 mm	TAK	
41	Szybkość przepływu minimum 16 m/s	TAK	
42	Korekcja kąta - 85° / 0° / +85°	TAK	
43	Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2 D	TAK	
<b>GŁOWICA LINIOWA SZEROKOPASMOWA</b>			
44	Głowica liniowa szerokopasmowa typu 2D.	TAK podać	
45	Zakres częstotliwości pracy głowicy liniowej szerokopasmowej w zakresie minimum 4-12 MHz	TAK podać	
46	Liczba elementów w głowicy liniowej szerokopasmowej minimum 190 fizycznych elementów	TAK podać	
47	Szerokość pola skanowania głowicy liniowej szerokopasmowej maksymalnie 40 mm.	TAK podać	
48	Możliwość rozbudowy o przystawkę do biopsji	TAK	

<b>GŁOWICA ENDOWAGINALNA</b>			
49	Głowica endowaginalna typu 2D	TAK podać	
50	Częstotliwość pracy głowicy endowaginalnej w zakresie 2 do 10 MHz ( + / - 1 MHz)	TAK podać	
51	Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych w głowicy endowaginalnej - minimum 190	TAK podać	
52	Promień krzywizny główki w głowicy endowaginalnej maksimum 10 mm ( + / - 1mm)	TAK podać	
53	Kąt widzenia w głowicy endowaginalnej - minimum 180°(+ / - 2°)	TAK podać	
54	Możliwość rozbudowy o przystawkę do biopsji	TAK	
<b>GŁOWICA KONWEKSOWA</b>			
55	Głowica konweksowa typu 2D	TAK podać	
56	Częstotliwość pracy głowicy konweksowej w zakresie 2 do 5 MHz	TAK podać	
57	Kąt widzenia głowicy konweksowej - minimum 80°	TAK podać	
58	Ilość elementów fizycznych głowicy konweksowej: elementów piezoelektrycznych – minimum 128	TAK podać	
59	Zakres penetracji głowicy konweksowej minimum 35 cm	TAK podać	
60	Możliwość rozbudowy o przystawkę do biopsji	TAK	

<b>POMIARY, FUNKCJE I OPROGRAMOWANIE</b>			
61	Pomiar odległości (minimum 8 par znaczników wyświetlanych jednocześnie na ekranie)	TAK	
62	Pomiar pola powierzchni	TAK	
63	Pomiar objętości	TAK	
64	Pomiar kątów metodą Grafa	TAK	
65	Pomiary dopplerowskie	TAK	
66	Prędkość przepływu: minimalna, maksymalna , średnia	TAK	
67	Indeksy: PI i RI i HR	TAK	
68	Pomiary gradientów	TAK	
69	Procent zwężenia	TAK	
70	Pakiety obliczeniowe/raporty do badań jamy brzusznej	TAK podać	
71	Pakiety obliczeniowe/raporty do badań małych narządów	TAK podać	
72	Pakiety obliczeniowe/raporty do badań naczyniowych	TAK podać	
73	Pakiety obliczeniowe/raporty do badań ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA.	TAK podać	
74	Pakiety obliczeniowe/raporty do badań położniczych wraz z automatyczną detekcją i pomiarami biometrycznymi BPD, HC, AC, FL, HL	TAK podać	

75	Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych	TAK podać	
76	Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum.	TAK podać	
77	Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D, HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum	TAK podać	
78	Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template. Możliwość dołączania obrazów do raportu.	TAK podać	
79	Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych w prezentacji B - minimum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulacja wzmocnienie 2D gain</li> <li>• Powiększenie obrazu</li> <li>• Mapy szarości</li> <li>• Koloryzacja</li> <li>• Regulacja funkcji wygładzania obrazu</li> <li>• Zakres dynamiki obrazu PW-Mode</li> <li>• Przesunięcie linii bazowej</li> <li>• Korekcja kąta w Dopplerze pulsacyjnym w zakresie min. 80° w prawo i min. 80° w lewo</li> <li>• Automatyczne kalkulacje</li> <li>• Modyfikacja obliczeń</li> <li>• Czulość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode</li> <li>• Przesunięcie Linii bazowej Mapy koloru</li> </ul>	TAK podać	
<b>ARCHIWIZACJA</b>			
80	Wideoprinter czarno-biały 110 MM z możliwością lokalnej regulacji jasności i kontrastu	TAK	
81	Wbudowany w aparat system archiwizacji obrazów na dysku twardym minimum 500 GB	TAK	
82	Wbudowana nagrywarka płyt DVD pracująca w formatach minimum: DICOM, AVI, JPEG	TAK	
83	Archiwizacja sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu.	TAK	
84	Archiwizacja raportów z badań	TAK	
85	Możliwość bezpośredniego wydruku obrazów z aparatu na drukarce komputerowej	TAK	

86	Wyjście cyfrowe USB (minimum 3 porty, w tym 2 w pulpicie sterowania) i Ethernet umożliwiające archiwizację na zewnętrznej stacji roboczej	TAK	
87	Wyjście VGA i HDMI wbudowane w aparat	TAK	
88	Archiwizacja i przenoszenie danych na nośnikach danych typu PEN DRIVE	TAK	
89	Aparat kompatybilny z systemem PACS (możliwość rozbudowy na dzień składania oferty)	TAK	
90	Karta sieciowa współpracująca z protokołami klasy DICOM umożliwiającymi współpracę z innymi stacjami pracującymi w formacie DICOM 3,0 co najmniej w zakresie Storage, Worklist oraz raportów strukturalnych - w tym oprogramowanie i gniazdo sieciowe do komunikacji w systemie DICOM		
<b>MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY OFEROWANEGO APARATU ULTRASONAGRAFICZNEGO NA DZIEŃ SKADANIA OFERTY</b>			
91	Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną convex 3/4D pasmo pracy w zakresie minimum 2-5 MHz. Kąt pola skanowania minimum 90 stopni.	TAK	
92	Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę endowaginalną wolumetryczną 3/4D pasmo pracy w zakresie minimum 5-9 MHz, kąt widzenia minimum 180 stopni.	TAK	
93	Możliwość rozbudowy aparatu o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością minimum 40 objętości na sekundę. Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i korektą bramki skanującej.	TAK	
94	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiającą uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj, objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21, akredytowane przez FMF	TAK	
95	Aparat z możliwością rozbudowy o wbudowaną baterię umożliwiającą przeprowadzenie badania trwającego minimum 20 minut bez zasilania sieciowego.	TAK	
96	Możliwość rozbudowy o sterownik nożny z 3 przyciskami	TAK	

<b>INNE WYMAGANIA</b>			
97	Instrukcja obsługi i eksploatacji, gwarancja, pełna dokumentacja i certyfikaty przedmiotu oferty w języku polskim	TAK	
98	Rok produkcji aparatu 2018 rok	TAK	
99	Oświadczenie, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów	TAK	
100	Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego; - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia	TAK	
<b>Warunki gwarancji i serwisu</b>			
101	Długość udzielonej gwarancji producenta minimum 36 miesięcy obejmująca aparat, głowice i printer (jak na str. 2 i )	TAK	
102	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	TAK	
103	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie lub aktualizację jego oprogramowania oraz możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania.	TAK	
104	Czas reakcji serwisu w ciągu maksymalnie <b>48 godzin</b> licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia	TAK	
105	Czas naprawy - maksimum <b>5 dni roboczych</b> od pojęcia naprawy	TAK	
106	W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż <b>5 dni</b> od daty reakcji serwisu – urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych niż zakupione przez Zamawiającego	TAK	
107	Okres dostępności części zamiennych – <b>10 lat</b>	TAK	

Oświadczamy, że oferowane powyżej i wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do pracy, zgodnie z instrukcją obsługi, bez żadnych dodatkowych zakupów.

**UWAGA!**

***NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z OFEROWANYCH  
PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.***

.....  
Miejscowość, data

.....  
Pieczęć i Podpis Wykonawcy (Ofierenta)